

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: 070241230798459

第 1 页共 3 页

Page of

客 户 名 称 : 武汉承试电力工程有限公司

Name of Customer

客 户 地 址 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路84号光谷光机电产业园6栋

Address of Customer

计 量 器 具 名 称 : 全自动张力测定仪

Name of Instrument

规 格 / 型 号 : UHV-670

Type/Specification

制 造 单 位 : 武汉特高压电力科技有限公司

Manufacturer

出 厂 编 号 : 2306814

Serial No.

管 理 编 号 : /

Regulation Number

批准人
Approved by

赵广辉

职 务
Post

工程师

核验员
Checked by

张涛

校准员
Calibrated by

朱程杰

委 托 日 期 2023 年 06 月 13 日

Received Date Year Month Day

校 准 日 期 2023 年 06 月 14 日

Calibration Date Year Month Day

签 发 日 期 2023 年 06 月 15 日

Issue Date Year Month Day

地址: 深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室
Add: Xili Shahexi Road No.5298,BaiwongR&Dcentre,Building1,
11F,room 1110,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong,China
邮编(Post):518057

电话 (Tel): 0755-26718332

E-mail: ad@zztest.com.cn

传真 (Fax): 0755-26544550

网址 (Web): http://www.zztest.com.cn

校准说明

Directions of Calibration

证书编号: 070241230798459

Certificate NO.

第 2 页 共 3 页

Page of

1. 本证书校准结果只与被校准仪器有关, 带“*”号的校准项目或参数不在本公司实验室认可范围内。

The result reported here in apply only to the equipment, Calibration items or parameter with "*" is beyond the scope of our laboratory accreditation

2. 本次校准的技术依据:

Reference documents for the calibration:

界面张力仪校准规范 JJF 1464

3. 本次校准所使用的主要计量标准器具信息:

Major standards of measurement used in the calibration:

器具名称/型号 Description/Model	不确定度或最大允差 或准确度等级 Uncertainty of Measurement or Maximum Permissible Errors	设备编号 Certificate No.	证书号/溯源单位 certificate No/Traceability to	有效日期 Due Date
三等砝码	F2等		F03-20230010	2024-01-17

4. 校准/检测地点、环境条件

Place and environmental conditions of the calibration/inspection

校准地点: 本客户(实验室)

Operation Location

环境条件: 温度 21.6 °C

相对湿度 52 %

Operation Environment

5. 建议下次校准日期: 2024 年 06 月 13 日

Next calibration date is recommended

6. 校准结果: 所校准项目符合技术要求/Calibrated project meets technical requirements

Calibration results

校准结果

Results of Calibration

证书编号: 070241230798459

第3页共3页

Certificate No.

Page of

1. 外观及工作正常性检查:

符合

2. 示值误差: -0.06% 不确定度: $U_{rel}=0.16\%$ $k=2$ 3. 零点漂移: 0.0mN/m

备注 (Notes):

1. 本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 k 。The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k . $U_{rel}=0.5\%$, $k=2$

2. 依据《JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示》

Reference Document 《JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement》

(以下空白)

(The below is blank)

